Протокол испытаний № 214-В/07-2026

Питьевая вода, 12 показателей, проверка структуры. Данные кейса сконструированы. Нормы, методики и структура документа — настоящие.

Что в протоколе

12 показателей питьевой воды, каждый — с методом, единицей, пределом по СанПиН 1.2.3685-21 и неопределённостью. Два показателя выходят за предел: Мутность, Железо общее.

Проверка структуры

Протокол сверен с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 п. 7.8.2.1: от идентификации пробы до подписи. Заполнено 9 элементов из 12.

Три разрыва

Нет методики у 3 показателей (Окисляемость перманганатная, Фториды, Сухой остаток) — результат без метода нельзя проверить. Нет неопределённости у 1 показателя — заказчик не поймёт, в каких границах число. Нет ссылки на акт отбора — неизвестно, что именно испытывали.

Что это значит

Для внутреннего контроля протокол годится; для аккредитованного заказчика — нет. Исправляется тремя дописками, но только теми данными, которые есть в журнале: придуманная методика в протоколе — это уже не оформление, а недостоверность.

Данные кейса сконструированы. Нормы, методики и структура документа — настоящие.