Реестр замечаний журнала

Журнал регистрации результатов испытаний, июль 2026. Данные кейса сконструированы. Нормы, методики и структура документа — настоящие.

Что проверялось

Журнал за июль 2026: 412 записей по четырём объектам, шесть обязательных полей у каждой записи — 2472 значений. Проверка шла по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 п. 7.5: техническая запись должна позволять воспроизвести измерение, то есть содержать дату, объект, методику, средство измерения, единицу и исполнителя.

Что нашлось

Пустых ячеек — 120 из 2472, полнота 95,15 %. Чаще всего не указано средство измерения: 46 записей. Без СИ запись не воспроизводима: непонятно, чем получено число и годится ли прибор.

Записей с хотя бы одним замечанием — 92, это 22,3 % журнала. Из них 14 дублируют номер пробы (две записи об одном и том же анализе) и 6 содержат результат вне диапазона методики — такой результат нельзя выдавать без разбавления и повторного анализа.

Что делать до сдачи

Замечание	Сколько	Действие
Нет номера СИ	46	Дописать по журналу поверок
Нет единицы	31	Восстановить по методике
Нет методики	21	Поднять из заявки на анализ
Нет исполнителя	12	Сверить с графиком смен
Дубль номера	14	Оставить одну запись, вторую пометить
Вне диапазона	6	Повторный анализ с разбавлением

Границы

Журнал ведёт лаборант, подписывает запись он же. Агент не подписывает и не дописывает данные «по памяти»: он показывает разрыв и предлагает, откуда взять недостающее. Решение о повторном анализе — за заведующим лабораторией.

Данные кейса сконструированы. Нормы, методики и структура документа — настоящие.